



正本



HJ20250132

检测报告

报告编号: HJ20250132

项目名称: 振华新材料(东营)有限公司水质检测项目
(第二季度)

委托单位: 振华新材料(东营)有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 二零二五年四月二十七日

山东致合必拓环保科技股份有限公司



说 明

- 一、本报告无专用章、骑缝章和编制人、审核人、批准人签字无效。
- 二、对本报告检测数据若有异议，请于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。
- 三、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品负责，无法复现的样品不予受理申诉。
- 四、若委托单位提供信息影响检测结果时，由此导致的一切后果与本公司无关。
- 五、报告中有涂改、增删或复印件检验印章不符者无效。
- 六、本报告未经我公司书面同意，不得部分复制检测报告和做广告宣传，经同意复制的检测报告应加盖本公司检测专用章确认。
- 七、未加盖资质认定标志出报告仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。
- 八、本报告分为正本和副本，正本交客户，副本与原始记录一并存档。
- 九、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 十、如果项目左边标注“*”，表示该项目不在本公司的 CMA 认可范围内。
- 十一、检测结果中 ND 表示未检出。

检测机构：山东致合必拓环保科技股份有限公司

联系地址：山东省东营市开发区东二路与南二路交叉路口以西 50 米

邮政编码：257091

联系电话：0546-7760666

邮 箱：shandongzhihebituo@163.com

山东致合必拓环保科技股份有限公司

检测报告

报告编号: HJ20250132

第 1 页 / 共 3 页

一、基本情况

项目名称	振华新材料（东营）有限公司水质检测项目（第二季度）		
委托单位	振华新材料（东营）有限公司	联系人	代晨
详细地址	山东省东营市东营港经济开发区港西二路西、港城路南	联系电话	13156802266
环境条件	符合环境检测条件要求	样品接收日期	2025 年 4 月 12 日
检测日期	2025 年 4 月 12 日~2025 年 4 月 15 日		
检测项目	废水检测项目: pH、氨氮、化学需氧量、总磷、总氮, 共 5 项。		
检测结果	检测数据详见本报告第 2 页。		
检测结论	不做判定。		
备注	/		

编制人: 张娜

审核人: 薛翠华

批准人: 吴晓辉

签发日期: 2025.4.17



山东致合必拓环保科技股份有限公司

检测报告

报告编号: HF20250132

第 2 页 / 共 3 页

二、废水检测结果

表 1 废水检测结果一览表

采样日期	2025 年 4 月 12 日		
检测点位	总排口		
样品编号	WS250132-001-1	WS250132-001-2	WS250132-001-3
样品描述	浅黄色、微浑、无异味 水温 7.3℃	浅黄色、微浑、无异味 水温 7.6℃	浅黄色、微浑、无异味 水温 7.9℃
检测项目	检测结果		
氨氮 (mg/L)	6.48	6.24	6.69
化学需氧量 (mg/L)	121	129	119
总磷 (mg/L)	1.42	1.40	1.30
总氮 (mg/L)	29.9	29.9	30.3

表 1 废水检测结果一览表 (续 2)

采样日期	2025 年 4 月 12 日		
检测点位	总排口		
样品描述	浅黄色、微浑、无异味		
检测项目	检测结果		
pH (无量纲)	7.6		

本页以下空白



山东致合必拓环保科技股份有限公司

检 测 报 告

报告编号: HJ20250132

第 3 页/共 3 页

三、附表

表 2 检测分析方法一览表

序号	检测项目	分析方法	方法来源	方法检出限
废水检测项目分析方法				
1	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025mg/L
2	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬 酸盐法	HJ 828-2017	4mg/L
3	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	0.01mg/L
4	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸 钾消解 紫外分光光度法	HJ 636-2012	0.05mg/L
5	pH	水质 pH 值的测定 电极法	HJ 1147-2020	/

表 3 检测仪器一览表

序号	仪器名称	型号	设备编号
现场主要检测仪器			
1	便携式 pH 计	PHBJ-260	ZH-M-110
实验室主要检测仪器			
1	紫外可见分光光度计	T600B	ZH-M-195

以下空白



